Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:54

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-temperatury-i-wilgotnosci-uni-t-ut-333-p-21769.html



# Miernik temperatury i wilgotności Uni-T UT-333

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **96,75 zł** |
| Cena netto | **78,66 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **23931** |

## Opis produktu

UT333 produkcji Uni-t to mini termohigrometr mieszczący się w dłoni. Jak sama nazwa wskazuje termo-higrometr umożliwia jednoczesny pomiar temperatury, oraz wilgotności względnej powietrza. Na cyfrowym wyświetlaczu LCD w górnej części prezentowana jest wartość zmierzonej wilgotności względnej w %, a poniżej wartość temperatury. Termometr umożliwia wyświetlanie zmierzonej temperatury w stopniach °C Celsiusza i Fahrenheita °F . W celu zwiększenia komfortu pracy z termohigrometrem miernik wyposażony jest w dodatkowe funkcje:

- podświetlany wyświetlacz LCD
- HOLD - funkcja zatrzymania wskazania
- funkcja MAX/MIN rejestrująca wartość maksymalną i minimalną
- automatyczny wyłącznik po 5 minutach
- wskaźnik rozładowanej baterii

UT-333 termohigrometr miernik do pomiaru temperatury i wilgotności - wilgotnościomierz

dane techniczne UT333:

| Funkcja | Zakres: | Rozdzielczo??: | Dok?adno??: |
|---|---|---|---|
| wilgotno?? | 0~99%RH | 0.1%RH | ±5<br>RH (0~99%RH) |
| temperatura | -10~60°C | 0.1°C | ±1.0°C |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 14~140°F | 0.2°F | ±2.0°F |
| próbkowanie | | | 0.5s |

| | |
|---|---|
| wska?nik przekroczenia zakresu | OL |
| funkcja rejestracji warto?ci: | MAX/MIN |
| zatrzymanie wskazania Data Hold | HOLD |
| wy?wietlanie warto?ci | °C/°F |
| pod?wietlanie wy?wietlacza LCD | TAK |
| automatyczny wy??cznik zasilania Auto Power Off | 5min |
| wska?nik roz?adowanej baterii | TAK |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pobór pr?du | praca | mA | ≦25mA |
| | wy??czony | uA | ≦10uA |
| warunki pracy | temperatura | | 0~40°C |
| | wilgotno?? | | ≦80%RH |
| warunki przechowywania | temperatura | | 20~60°C |
| | wilgotno?? | | ≦75%RH |